

UBND XÃ QUẢNG OAI
TRẠM Y TẾ
Số: 182/TB-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Oai, ngày 15 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

Thông báo mời chào giá các mặt hàng

gói: Máy xét nghiệm đường huyết mao mạch, nhiệt ẩm kế tự ghi, chỉ thị đông băng

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm của Trạm Y tế xã Quảng Oai ngày 14/09/2025 về việc thống nhất mua: Máy xét nghiệm đường huyết mao mạch, nhiệt ẩm kế tự ghi, chỉ thị đông băng. (Có danh mục mua sắm kèm theo)

Bằng thông báo này, Trạm Y tế xã Quảng Oai mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá các mặt hàng gói: Máy xét nghiệm đường huyết mao mạch, nhiệt ẩm kế tự ghi, chỉ thị đông băng.

-Yêu cầu hồ sơ chào giá/ báo giá gồm:

- + Bảng chào giá/ báo giá hoặc giấy tờ tương đương
- + Hồ sơ năng lực (nếu có)

Lưu ý:

+ Hồ sơ được đặt trong phong bì kín, có thông tin của đơn vị chào giá, báo giá bao gồm thuế và các chi phí liên quan để vận chuyển đến Trạm Y tế xã Quảng Oai

+ Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày

+ Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên thực tế.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 09 năm 2025 đến hết 15h ngày 24 tháng 09 năm 2025

- Nơi tiếp nhận báo giá: Khoa Dược và Cận lâm sàng

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà: Trần Thị Như Hoa (0984.935.964)

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các nhà thầu;
- Lưu VT, XNCLS



TRƯỞNG TRẠM

Nguyễn Bá Minh

Phụ lục I
DANH MỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Kèm theo TB số 182/TB-TYT ngày 15/09/2025 của TYT xã Quảng Oai)

STT	Tên vật, tư hóa chất	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
1	Máy xét nghiệm đường huyết mao mạch	Cái	<p>Chạy được que thử đường huyết Terumo Khoảng đo: 1.1 – 33.33 mmol</p> <p>Điều kiện hoạt động: Tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ môi trường xung quanh (5-40 độ C), độ ẩm (30-85%rh) (không ngưng tụ)</p> <p>Nguồn điện: Pin Lithium CR2032 (x2)</p> <p>Điện áp: 6V</p> <p>Đầu thử riêng rẽ, lắp và tháo dễ dàng mà không chạm vào cảm biến hoặc máu</p> <p>Công suất tiêu thụ: Khi bật máy: khoảng 180mW; Tắt máy: 100uW</p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn EMC: Sản phẩm này phù hợp với IEC 61326-1:2012 và IEC 61326-2:2012. CISPR Group 1; Class B</p> <p>Tuổi thọ pin: Khoảng 500 lần đo hoặc 6 tháng</p>	14
2	Nhiệt ẩm kế tự ghi	Cái	<p>1. Dải đo nhiệt độ: -30°C ~ + 60°C;</p> <p>2. Độ chính xác nhiệt độ: -30°C ~ 60°C, ± 1°C.</p> <p>3. Đơn vị nhiệt độ: °C hoặc °F tùy chọn, cài đặt thông qua phần mềm quản lý dữ liệu RC-4H.</p> <p>4. Phạm vi đo độ ẩm: 0 ~ 99% RH</p> <p>Độ chính xác của độ ẩm: ± 3% RH (25°C, 20 ~ 90% RH);</p> <p>6. Độ phân giải: Nhiệt độ 0.1 o C, độ ẩm 0.1% RH;</p>	9
3	Chỉ thị đông băng	Cái	<p>Thiết bị giúp theo dõi xem nhiệt độ bảo quản vắc xin có dưới 0°C hay không</p>	10



