

UBND XÃ QUẢNG OAI  
**TRẠM Y TẾ**  
Số 238/TB-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Oai, ngày 26 tháng 9 năm 2025

## THÔNG BÁO

Mời chào giá các mặt hàng

**Gói thầu: Mua sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại  
Trạm Y tế xã Quảng Oai năm 2025**

Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm của Trạm Y tế xã Quảng Oai ngày 24/09/2025 về việc thống nhất mua sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại Trạm Y tế xã Quảng Oai năm 2025. (Có danh mục kèm theo)

Bằng thông báo này, Trạm Y tế xã Quảng Oai mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá các mặt hàng gói thầu: Mua sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại Trạm Y tế xã Quảng Oai năm 2025.

-Yêu cầu hồ sơ chào giá/ báo giá gồm:

- + Bảng chào giá/ báo giá hoặc giấy tờ tương đương
- + Hồ sơ năng lực (nếu có)

Lưu ý:

+ Hồ sơ được đặt trong phong bì kín, có thông tin của đơn vị chào giá, báo giá bao gồm thuế và các chi phí liên quan để vận chuyển đến Trạm Y tế xã Quảng Oai

+ Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 365 ngày

+ Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên thực tế.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 09 năm 2025 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2025

- Nơi tiếp nhận báo giá: Khoa Dược và Cận lâm sàng

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà: Trần Thị Như Hoa (0984.935.964)

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các nhà thầu;
- Lưu VT, XNCLS



**TRẠM TRƯỞNG**

Nguyễn Bá Minh

**Phụ lục I**  
**DANH MỤC SINH PHẨM PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM NĂM 2025**  
 (Kèm theo Thông báo số 238/TB-TYT ngày 26/ 9/2025 của TYT xã Quảng Oai)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Test ma túy 1 chân	Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Nước tiểu - Phát hiện OPI/Morphine - Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 % - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL - Bảo quản ở nhiệt độ thường	Test	1.900
2	Test đường huyết Terumo	Sử dụng men Glucose oxidase (GOD) và peroxidase (POD). Đầu thử đóng gói riêng lẻ, thiết kế 3D, có màng phim bảo quản tránh ẩm, thiết kế đầu thử dạng hình vòi, lượng máu thử 0,8μL. Dải đo đường huyết: từ ≤ 20 mg/dL đến ≥ 600 mg/dL hoặc từ ≤ 1.1 mmol/L đến ≥ 33.3mmol/L - Dải đo Hematocrit ≤ 20% đến ≥ 60%	Test	2.400
3	Test HbA1C	Đóng gói dạng card gồm dung dịch hoạt động và dung dịch rửa. Giới hạn đo: 4 - 14% (20 -130mmol/ mol)	Test	700
4	Test nước tiểu 10 thông số (Siemens)	- Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động.	Test	6.000



## Phụ lục II

Tên nhà thầu:  
Số điện thoại liên hệ:  
Email:

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trạm Y tế xã Quảng Oai

Căn cứ Thông báo số ...../TB-TYT ngày ...../...../2025 của Trạm Y tế xã Quảng Oai, Công ty ..... xin gửi tới quý Cơ quan bảng báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	SĐK lưu hành, GPNK, GCNDK lưu hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và tất cả các chi phí liên quan khác
- Hiệu lực báo giá: ...
- Công ty chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai công ty chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2025  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY**

