

UBND XÃ QUẢNG OAI  
**TRẠM Y TẾ**  
Số: 193 /TB-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Oai, ngày 17 tháng 09 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Mời chào giá các mặt hàng**  
**Gói thầu: Mua vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm.**

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm của Trạm Y tế xã Quảng Oai ngày 14/09/2025 về việc thống nhất mua: Mua vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm.  
(Có danh mục mua sắm kèm theo)

Bằng thông báo này, Trạm Y tế xã Quảng Oai mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá các mặt hàng gói: Mua vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm.

- Yêu cầu hồ sơ chào giá/ báo giá gồm:

- + Bảng chào giá/ báo giá hoặc giấy tờ tương đương
- + Hồ sơ năng lực (nếu có)

**Lưu ý:**

+ Hồ sơ được đặt trong phong bì kín, có thông tin của đơn vị chào giá, báo giá bao gồm thuế và các chi phí liên quan để vận chuyển đến Trạm Y tế xã Quảng Oai

+ Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày

+ Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên thực tế.

- Thời gian tiếp nhận báo giá:

Từ 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 09 năm 2025 đến 15h ngày 24 tháng 09 năm 2025

- Nơi tiếp nhận báo giá: Khoa Dược và Cận lâm sàng

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà: Trần Thị Như Hoa (0984.935.964)

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các nhà thầu;
- Lưu VT, XNCLS



**TRƯỞNG TRẠM**

**Nguyễn Bá Minh**

**Phụ lục I**  
**DANH MỤC SINH PHẨM PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM NĂM 2025**  
*(Kèm theo Thông báo số 193/TB-TYT ngày 17/09/2025 của TYT xã Quảng Oai)*

| STT | Danh mục hàng hóa             | Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa  | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|-------------------------------|---|-------------|----------|
| 1   | Lam kính có đầu nhám          | Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc.   | Hộp         | 12       |
| 2   | Đầu côn xanh                  | Đầu côn xanh dung tích tối đa 1000 µl.  | Túi         | 10       |
| 3   | Găng tay size M               | Găng tay sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, dài 240mm. Màu trắng tự nhiên, có phủ bột chống dính. Sử dụng 1 lần.   | Đôi         | 2.000    |
| 4   | Ống nghiệm chống đông EDTA    | Ống nghiệm EDTA K2 kích thước 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế.   | Cái         | 6.600    |
| 5   | Ống nghiệm chống đông Heparin | Sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh, không độc, được phép sử dụng trong y tế.   | Cái         | 300      |
| 6   | Ống nghiệm nhựa               | Ống nghiệm PS 5ml nắp trắng, không nhãn   | Cái         | 25.000   |
| 7   | Ống nghiệm Inhigly            | Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông NaF-Heparin. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu xám, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định. Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR). | Cái         | 3.000    |
| 8   | Bơm kim tiêm                  | Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016   | Cái         | 3.000    |



|    |                                      |   |      |       |
|----|--------------------------------------|---|------|-------|
| 9  | Kim chích đường máu mao mạch         | Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu sắc nhọn, dùng với bút chích máu, giúp lấy máu không đau. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  | Cái  | 3.500 |
| 10 | Cồn 70 độ                            | Hàm lượng ethanol 70%, Chai 500ml   | Chai | 30    |
| 11 | Cồn tuyệt đối                        | Hàm lượng ethanol 99,9%, chai 500ml   | Chai | 5     |
| 12 | Test ma túy 1 chân                   | Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016<br>- Mẫu phẩm: Nước tiểu<br>- Phát hiện OPI/Morphine<br>- Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 %<br>- Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL<br>- Bảo quản ở nhiệt độ thường  | Test | 800   |
| 13 | Test đường huyết Terumo              | Sử dụng men Glucose oxidase (GOD) và peroxidase (POD). Đầu thử đóng gói riêng lẻ, thiết kế 3D, có màng phim bảo quản tránh ẩm, thiết kế đầu thử dạng hình vòi, lượng máu thử 0,8 $\mu$ L. Dải đo đường huyết: từ $\leq 20$ mg/dL đến $\geq 600$ mg/dL hoặc từ $\leq 1.1$ mmol/L đến $\geq 33.3$ mmol/L<br>- Dải đo Hematocrit $\leq 20\%$ đến $\geq 60\%$   | Test | 790   |
| 14 | Test nước tiểu 10 thông số (Siemens) | - Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG.<br>- Dải đo của các chỉ số:<br>Protein: 15-30mg/dL albumin<br>Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin<br>Leukocyte: 5-15<br>Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion<br>Glucose: 75-125mg/dL<br>Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid<br>pH: 4.6- 8.0<br>SG: 1.001-1.035<br>Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL<br>Urobilinogen: 0.2EU/dL<br>- Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động. | Test | 800   |



