

UBND XÃ QUẢNG OAI
TRẠM Y TẾ
Số: 428/TB-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Oai, ngày 06 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Mời chào giá các mặt hàng
Gói thầu: Mua máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng, phòng chống dịch năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm của Trạm Y tế xã Quảng Oai ngày 05/11/2025 về việc thống nhất mua máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng, phòng chống dịch năm 2025. (Có danh mục kèm theo)

Bằng thông báo này, Trạm Y tế xã Quảng Oai mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá các mặt hàng gói thầu: Mua máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng, phòng chống dịch năm 2025.

- Yêu cầu hồ sơ chào giá/ báo giá gồm:

- + Bảng chào giá/ báo giá hoặc giấy tờ tương đương
- + Hồ sơ năng lực (nếu có)

Lưu ý:

- + Hồ sơ được đặt trong phong bì kín, có thông tin của đơn vị chào giá, báo giá bao gồm thuế và các chi phí liên quan để vận chuyển, lắp đặt đến Trạm Y tế xã Quảng Oai
- + Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 90 ngày.
- + Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên thực tế.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2025 đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2025

- Nơi tiếp nhận báo giá: Khoa Khám bệnh – TYT xã Quảng Oai
Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà: Đỗ Thị Dung (0974.125.763)
Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các nhà thầu;
- Lưu VT, KKB



TRƯỞNG TRẠM

Nguyễn Bá Minh

Phụ lục I
DANH MỤC MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TIÊM
CHỨNG, PHÒNG CHỐNG DỊCH OAI NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 428/TB-TYT ngày 06/11/2025 của TYT xã Quảng Oai)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu/Cấu hình kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy phun ULV	<p>I, Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng</p> <p>II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>III, Thông số kỹ thuật Động cơ loại 2 kỳ, làm mát bằng không khí Sử dụng loại nhiên liệu: xăng không chì hoặc tương đương Công suất tối đa: ≥ 480, tối thiểu: ≤ 2 Kw/ 2.0 Hp Lưu lượng khí: $\geq 33\text{cm}^3/\text{giờ}$ Bộ phận đánh lửa: sử dụng công nghệ điện từ hoặc tương đương Truyền động: loại trực tiếp với khớp ly tâm Hệ thống phun: đầu phun với cò súng có thể phun liên tục hoặc ngắt quãng, các ziclor có thể thay thế cho nhau được Hỗn hợp dầu/ xăng: 1:50 Dung tích: $\geq 33\text{cm}^3$ Tiêu thụ nhiên liệu ≤ 1 lít/ giờ Bộ phận đánh lửa: công nghệ điện từ hoặc tương đương Khởi động: bằng cách giật nổ hoặc công nghệ tốt hơn Loại bình chứa có thể chống được tia cực tím hoặc tương đương Phạm vi phun $\geq 8\text{m}$ khi ở trong nhà, ngoài trời $\geq 13\text{m}$ Kích thước hạt phun: ≤ 30 micron với tất cả các loại ziclor Tốc độ khí tại đầu vòi phun $\geq 180\text{m}/\text{giây}$ Trọng lượng nhỏ gọn $\leq 14\text{kg}$</p>	Cái	01

QUẢNG OAI
TR
B. N

2	Máy phun thuốc khử trùng	<p>I, Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng</p> <p>II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>III, Thông số kỹ thuật Động cơ: 2 thì hoặc tương đương Dung tích: ≥ 9 lít Nhiên liệu: Xăng pha nhớt Công suất: ≥ 1.15 HP Tốc độ vòng quay: ≥ 7.000 vòng/phút Lưu lượng phun: ≥ 580 m³/h Phạm vi phun: từ khoảng 11m đến 13m Hệ thống khởi động: Giật tay hoặc đề nổ Dung tích xi lanh: ≥ 27cc Dung tích bình xăng: ≥ 1 lít Hệ thống đánh lửa: sử dụng công nghệ IC hoặc tương đương Trọng lượng sản phẩm: trọng lượng nhỏ gọn ≤ 10kg</p>	Chiếc	01
3	Tủ bảo quản vaccin loại ≥ 150 lít	<p>,Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng</p> <p>II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>III, Thông số kỹ thuật Tủ lạnh này thích hợp cho các nhà thuốc, nhà máy dược phẩm, trạm phòng chống dịch, trung tâm y tế và bệnh viện để bảo quản các sản phẩm sinh học và các vật phẩm cần bảo quản trong môi trường lạnh Nhiệt độ môi trường từ $\leq 6^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 40^{\circ}\text{C}$</p>	Cái	01



		<p>Phương thức làm lạnh Làm mát trực tiếp hoặc tương đương</p> <p>Chất làm lạnh HC hoặc tương đương</p> <p>Độ ồn: $50 \leq \text{dB}$</p> <p>Dải nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$) ≤ 3 đến ≥ 7</p> <p>Mức độ chống đông băng: đạt loại A hoặc tốt hơn</p> <p>Điều khiển Bộ điều khiển Bộ vi xử lý hoặc tương đương</p> <p>Hiển thị: Màn hình hiển thị nhiệt độ LED</p> <p>Thời gian lưu trữ ở dải nhiệt độ 43°C có thời gian lưu trữ ≥ 59 giờ</p> <p>Thời gian lưu trữ ở dải nhiệt độ 32°C có thời gian lưu trữ ≥ 90 giờ</p> <p>Dung tích sử dụng: ≥ 120 lít</p> <p>Thể tích tổng: ≥ 150 lít</p> <p>Có thể điều chỉnh nhiệt độ cao – thấp</p> <p>Mức tiêu thụ điện năng: $\leq 1\text{Kwh}/ 24$ giờ</p> <p>Lỗi cảm biến: có</p>		
4	Tủ bảo quản vaccine loại ≥ 80 lít	<p>II, Yêu cầu chung</p> <p>Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương</p> <p>Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam</p> <p>Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng</p> <p>II, Cấu hình cung cấp</p> <p>Máy chính: 01 cái</p> <p>Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>III, Thông số kỹ thuật</p> <p>Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng phù hợp cho các phòng tiêm chủng, trung tâm y tế, bệnh viện để bảo quản các sản phẩm vắc xin</p> <p>Có khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội trong khi tủ hoạt động là $\leq 0.91 \text{ KWh}/24$ giờ.</p> <p>Công nghệ làm mát: sử dụng công nghệ làm mát trực tiếp hoặc tương đương</p> <p>Độ ồn thấp: $\leq 42\text{dB}$.</p> <p>Dải nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$) ≤ 3 đến ≥ 7</p> <p>Dung tích có thể chứa vaccine: ≥ 60 lít</p>	Cái	01

		Dung tích tổng: ≥ 80 lít Công suất tủ: $\geq 100W$ Có ≥ 2 chức năng cảnh báo: cảnh báo nhiệt độ trong tủ cao/thấp, cảnh báo lỗi cảm biến. Bộ điều khiển vi xử lý hoặc tương đương Hiển thị màn hình công nghệ LED hoặc tương đương.		
--	--	---	--	--

Phụ lục II

Tên nhà thầu:
Số điện thoại liên hệ:
Email:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trạm Y tế xã Quảng Oai

Căn cứ Thông báo số/TB-TYT ngày/...../2025 của Trạm Y tế xã Quảng Oai, Công ty xin gửi tới quý Cơ quan bảng báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật	Tên model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	SĐK lưu hành, GPNK, GCNDK lưu hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và tất cả các chi phí liên quan khác
- Hiệu lực báo giá: ...
- Công ty chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai công ty chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

